## 調達品目表

調達要求番号		作成部課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B9948	7-11	

品 名	カタログ製品名 *)	C P番号	備考
電気炉	山田電機(株) MKS-430-6L 又は (株)サーマル RBH 60 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	CP245156038009 CP245156038010	数量 2 E A #

**注**<sup>\*)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 同等品とする性能等

## 1 要求諸元

(1) 使用温度 炉内温度が187℃~193℃及び487℃~498℃の範囲内に カンススママン たります 見低16時間継続使用できるたの 1 温度

おいて安定した状態で、最低 16 時間継続使用できるものし、温度設定機能及びタイマー機能を有するものとする。さらに、 2 時間以内に炉内温度を 0  $\mathbb{C}$  から 190  $\mathbb{C}$   $\pm 3$   $\mathbb{C}$  まで上昇させ、安定させる

ことができるものとする。

- (2) 電源電圧 三相 2 0 0 V / 5 0, 6 0 H z
- (3) 電気容量 12kW~25kW
- (4) 炉内寸法 (W) 400mm×(H) 300mm×(D) 600mm以上
- (5) 外形寸法 (W) 1 500mm×(H) 1 450mm×(D) 1 100mm 以下
- (6) 可搬機能 キャスター (セルフロック機能により固定できるもの) 付きで容易 に可搬できるものとする。

## 2 提出書類

- (1) 類別原資料 当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。
- (2) 取扱説明書 別途提出分(初回)は4部とし、器材添付は、2部とする。